Särskilt godkännande

Kateterset 1100

Bruksanvisning

Ej för återanvändning Endast för engångsbruk	Beakta bruksanvisningen	Partinummer	Steril, steriliserad med etylenoxid	Tillverkningsdatum	Utgångsdatum

OBS: Katetrarna får endast användas av läkare eller under överinseende av läkare som känner till Seldinger-tekniken eller ”Venae sectio” och farorna med centrala venkatetrar.

1. Användning

Katetrarna används för central venös tillförsel av läkemedel och infusionslösningar i kombination med den implanterbara infusionspumpen LENUS *pro*®. Katetrarna är avsedda för engångsbruk.

2. Hantering av Seldinger-teknik

Efter steril punktion av kärlet med en stålkanyl som passar styrtråden, ta ut styrtråden från dispensern och för in den genom kanylen i kärlet med den flexibla änden eller J-änden först.

Fixera styrtråden perkutant och ta bort kanylen helt över tråden.

VARNING När du för fram tråden genom kanylen i kärlet ska du alltid hålla tråden stadigt. Skjut alltid in tråden med den flexibla änden eller J-änden först.

VARNING Flytta aldrig kanylen distalt med den liggande tråden.

För försiktigt in dilatatorn med avskalbar hylsa i kärlet genom ett eventuellt hudsnitt som gjorts över styrtråden. Fäst styrtråden så att den inte glider av misstag!

VARNING Flytta aldrig styrtråden distalt tillsammans med dilatatorn i kärlet (risk för perforation)

Ta bort styrtråden, ta bort dilatatorn och för in den sköljda, luftfria raka katetern 1000 P genom den avskalbara hylsan i kärlet. För att spola, fäst sprutadaptern med Luer-Lock-gänga på katetern. För katetern till önskad plats i venen samtidigt som den genomlyses med hjälp av en C-båge och kontrollera att katetern är korrekt placerad.

Markera anslutningspunkten och ta försiktigt bort den avskalbara hylsan utan att utöva spänning eller tryck på katetern. Skär sedan av katetern 1000 P i en rät vinkel.

Skölj nu katetern med hepariniserad koksaltlösning för att förhindra att blod fastnar i katetern. Stäng nu sprutadaptern med en steril kombinationspropp och förbered en subkutan hudficka för kopplingen 2000 som fixeras med fixeringshylsan 3000.

Dissekera den subkutana pumpfickan i den högra eller vänstra övre delen av buken. Placera pumpen och efterföljande tunnelföring av pumpkatetern till anslutningspunkten. Anslut nu de två kateterändarna med kopplingen 2000 och fixera båda kateterändarna på kopplingen 2000 med en icke-resorberbar tjock tråd.

Fixera nu kopplingen till fascian med hjälp av den medföljande fästhylsan 3000 med icke-resorberbar tråd.

3. Hantering ”Venae sectio”

Efter att ha gjort ett snitt i huden över önskad hålven, dissekera kärlet fritt. Kärlet visualiseras och en ligatur anläggs. En incision i venen görs med skalpell eller sax och venen öppnas med en venlyftare. För in katetern längs venlyftaren i kärlet. För fram katetern till önskad position i hålvenen och korta av katetern till önskad längd i rät vinkel. Spola igenom kateterns lumen och fyll den bubbelfritt. Fortsätt enligt beskrivningen ovan.

4. Kontraindikation för kateterisering

De viktigaste kontraindikationerna för kateterisering är:

VARNING

- Koagulationsrubbningar eller heparinbehandling vid tidpunkten för punktionen.
- Tidigare operation i halsområdet, t.ex. av sköldkörteln, endarterektomi av halspulsådern.
- Skador eller tumörer nära punkteringsstället.
- Svårigheter med korrekt positionering för punktionen.

5. Särskilda anmärkningar

Använd inte delarna eller setet om du upptäcker skador på förpackningsdelarna eller förpackningen eller om sterilitetsgarantitiden har löpt ut.

6. Förvara katetrarna på en torr, dammfri plats, skyddad från direkt solljus.

Förvara katetrarna på en torr, dammfri plats, skyddad från direkt solljus.

7. Reklamation

Vid reklamation, vänligen returnera de felaktiga delarna med angivande av det partinummer som anges på etiketten.

8. Ansvar

Inget ansvar accepteras för person- eller egendomsskador som orsakats av felaktig eller olämplig hantering eller förvaring. På samma sätt utesluts alla ansvarsanspråk om katetern har använts trots skadad förpackning eller efter att den utskrivna sterilitetsgarantiperioden har löpt ut.

Tillverkare
VitalAire GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt

Tel.: 0800/2 51 11 11
Fax: 0800/2 02 02 02
E-post: info@vitalaire.de
Webb: vitalaire.de

Försäljning/distributör
OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstr. 8
32427 Minden

Tel.: 0571/974 34-0
Fax: 0571/974 34-39
E-post: info@omtmed.com
omtmed.com

KOMS_00325_PAH_Kateterset 1100 Bruksanvisning (SE) | 01/2025 | Alla rättigheter förbehållna